



Respirez, vous êtes bien protégés !  
Breathe easy, we've got you covered !  
Mit Valmy, sind Sie gut geschützt !

**DÉCLARATION DE CONFORMITE CE – CYRANO**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY- CYRANO**

SAS VALMY INDUSTRIES, dont le siège social et l'usine se situent Rue Benjamin Franklin, 42300 MABLY, déclare que les articles neufs décrits ci-après :  
*SAS VALMY INDUSTRIES, which has its head office and factory Rue Benjamin Franklin, 42300 Mably-France, declares under its sole responsibility that the following:*

- Masques de protection respiratoire classe FFP3 et Masques à usage médical, format pliable Référence CYRANO  
*Respiratory protective masks FFP3 and medical masks, folded, Cyrano range - part number CYRANO*
- Masques de protection respiratoire classe FFP3 et Masques à usage médical, format coquille Référence CYRANO-X  
*Respiratory protective masks FFP3 and medical masks, cupstyle, Cyrano range – part number CYRANO-X*

Sont conformes aux dispositions réglementaires et aux normes suivantes :  
*Comply with the following Regulatory provisions and standards:*

<b>Référence/Part Number</b>	<b>Règlementation Européenne / European Regulation</b>	<b>Normes techniques harmonisées européennes / European harmonized Technical standards</b>
Cyrano	Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle <i>Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment</i>	EN 149 : 2001+A1 : 2009 Attestation d'Examen CE de type (AET) Type Examination Certificate (TEC) 0082/2061/079/04/15/0108
	Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM) <i>Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR)</i>	EN ISO 14683 : 2014 (Validée comme type IIR/ Validated as Typ IIR)
Cyrano-X	Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle <i>Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment</i>	EN 149 : 2001+A1 : 2009 Attestation d'Examen CE de type (AET) Type Examination Certificate (TEC) 0082/2061/079/04/15/0109
	Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM) <i>Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR)</i>	EN ISO 14683 : 2014 (Validée comme type IIR/ Validated as Typ IIR)

Sont identiques aux EPI ayant fait l'objet des Attestations d'Examen CE de Type délivrées par APAVE SUD EUROPE sous le Numéro 0082, CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France, citées ci-dessus.  
*Are identical to the PPE according to CE Type Examination Certificate (TEC) issued by APAVE SUD EUROPE under Number0082, CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France.*





Respirez, vous êtes bien protégés !  
Breathe easy, we've got you covered !  
Mit Valmy, sind Sie gut geschützt !

Sont soumis à la procédure d'évaluation de la conformité - du Règlement UE 2016/425, par l'Organisme Notifié APAVE SUD EUROPE sous le Numéro 0082, CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France, conformément à l'Attestation d'évaluation du Système de qualité de production des EPI – Module D, N°0082/2061/D/10/20/0047

*Are subject to the conformity assessment procedure of EU Regulation 2016/425, by the Notified Body APAVE SUD EUROPE under number 0082, CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France, according to the Certificate of Assessment of quality System of PPE production - Module D, Number 0082/2061/D/10/20/0047*

Sont de classe I selon la règle 1 de l'annexe VIII du Règlement 2017/745 et dont la conformité est attestée sous la responsabilité du fabricant conformément à l'article 52, alinéa 7.

*Are class I according to rule 1 of annex VIII of Regulation 2017/745 and whose conformity is certified under the responsibility of the manufacturer in accordance with article 52, paragraph 7.*

Sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l'annexe II & III du Règlement 2017/745.

*Are manufactured according to technical documentation of specified in the annex II & III of Regulation 2017/745.*

Fait à Mably, le 06/01/2022

In Mably, 2022/01/06

Laurent SUISSA  
Directeur Général  
General Manager

